

# Hygiene

## im Städtischen Krankenhaus Nettetal

### Instrumentenaufbereitung

- erfolgt in unserer Zentralsterilisation
- ausschließlich durch qualifizierte Mitarbeiter
- nach den Vorgaben der Medizinbetrieberverordnung und den Richtlinien des Robert – Koch – Instituts
- Desinfektion und Sterilisation mit validierten Aufbereitungsverfahren
  - Validierung ist der dokumentierte Nachweis der beständigen Wirksamkeit eines Aufbereitungsprozesses
- patientenbezogen rückverfolgbar



Revision 0 Formular ZSVA Nr 7 Patientenbezogene Dokumentation Städtisches Krankh

Datum der OP: 15.03.09

Der Nachweis kommt zur Patientena

Nachfolgende Instrumentensiebe/Instrumente wurden bei der C eingesetzt (Barcode – Etiketten einkleben):

Attach to patient's record  
300596001 Refobacm Bone Cement R 40x2  
LOT: 833AAL0302  
2011-07

Steridatum: 03.09.2009 14:31  
Verfallsdatum: 02.03.10  
K:AS Verpack: Cont  
Wright Knie C  
Einhr. 220411 PackP:CL  
Produktnr:PA0072 PA0072-03

Steridatum: 11.09.2009 16:24  
Verfallsdatum: 10.03.10  
K:AS Verpack: Cont  
Reamer  
Einhr. 221828 PackP:EM  
Produktnr:PA0019 PA0019-03

Steridatum: 03.09.2009 14:31

REF: 1400 E LOT 05 05 09  
REF: 1500 S LOT 03 04

Steridatum: 14.09.2009 12:56  
Verfallsdatum: 13.03.10

BEFUNDBERICHT

HyGES Gesellschaft für Hygienisierung und -analyse mbH

27HY 04  
Städt. Krankenhaus Nettetal GmbH  
HFK Herr Rusmann  
Sassenfelder Kirchweg 1  
41334 Nettetal

ENDBEFUND vom 22.06.2009  
ORIGINAL  
Seite 1/3

Postfach 10054 41008 Mönchengladbach  
Wallerstraße 10 41061 Mönchengladbach  
Telefon 0 21 81 / 91 98 113 x 413  
Telefax 0 21 81 / 91 98 50

WIR ERHOBEN FOLGENDEN BEFUND:  
KDG/Maquet Nr. 627 Typ 203 S KH 19.04.09 92540002

Beurteilung: 22.06.2009

Prüfbericht über KDG (Reinigungs-Desinfektions-Geräte)

Prüfung vorgenommen von	Prüfungsdatum	Uhrzeit
E. Maiwald (MA ZSVA)	17.06.2009	10:00

Prüfungsart: Periodische Prüfung  
Standort: ZSVA

Prüfbericht zur Revalidierung nach EN 554 Nr.: 554.REV.FL.78.08  
Städt. Krankenhaus Nettetal Datum: 02.12.2008  
HS 6606 ER-2 Seite: 1 von 28  
FN: 2105225-020-01

GETINGE

Städt. Krankenhaus  
Nettetal  
Revalidierung nach EN 554  
Prüfbericht Nr.: 554.REV.FL.78.08

des Dampfsterilisators Nr. 2  
Typ: HS 6606 ER-2  
FN: 2105225-020-01  
Standort: ZSVA

Caritas-Akademie  
Köln-Hohenlind GmbH

Bescheinigung

Name: EIL  
Geboren am: 27.12.1964  
at vom: 14.01.2008

in:   
bis: 25.01.2008

an dem Lehrgang  
zum Erwerb der Tätigkeitsbezeichnung  
Technische/r Sterilisationsassistentin/-assistent mit  
erweiterter Aufgabenstellung, z.B. Schichtleitung  
Fachkunde II  
gemäß den Richtlinien der DGSV e.V.

ernommen und 80 Std. theoretischen und praktischen Unterricht  
nvert, sowie die Prüfung erfolgreich bestanden.

Hohenlind, 25.01.2008

Karin Blümel  
in des Referates Pflegeberufe